

HBV-DNA 定量 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、B 型肝炎ウイルス(HBV) 遺伝子検査試薬が同一メーカーの改良試薬に変更となりましたのでご案内申し上げます。

また、先日ご案内申し上げましたが、日本肝臓学会が要望する IU 単位表記統一に伴い、Log コピー/mL 単位の併記報告の中止につきましてもご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

敬 白

記

《検査項目》 〔4471〕 HBV-DNA 定量

《変 更 日》 平成29年3月31日（金）受付分より

《変更内容》

検査コード	検査項目	変更箇所	変更後	変更前
4471	HBV-DNA 定量	報告形態	LogIU/mL 増幅反応シグナル	Log コピー/mL LogIU/mL 増幅反応シグナル
		基準値	1.0 LogIU/mL 未満 増幅反応シグナル：検出せず	2.1 Log コピー/mL 未満 1.3 LogIU/mL 未満 増幅反応シグナル：検出せず
		報告値下限	1.0 LogIU/mL 未満	1.3 LogIU/mL 未満
		報告値上限	9.1 LogIU/mL 以上	8.2 LogIU/mL 以上

