

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、特異的 IgE「ヒノキ」の検査試薬を同一メーカーが販売する高感度な改良試薬に変更することとなりました。改良試薬はヒノキ花粉の抽出工程の改良により、ヒノキ特異的 IgE との反応性が向上しています。なお、本変更により報告範囲、判定基準等の変更は一切ございませんが、測定値が従来試薬より高値傾向となりますので、ご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 白

記

《検査項目》

〔1968〕 特異的 IgE (CAP シングルアレルゲン) ヒノキ

〔2222〕 特異的 IgE View アレルギー39 (ヒノキ)

※CAP22 スクリーニング、CAP22 吸入系及びアレルギー検査セット
内に含まれる CAP シングルアレルゲン「ヒノキ」の試薬も変更となります。

《変 更 日》 平成 30 年 10 月 1 日 (月) 受付分より

《相 関 図》 裏面をご参照ください。




《相 関 図》

CAP シングルアレルゲン(ヒノキ)

n=48


新試薬	6						
5							
4				7	5		
3			3	9			
2		8	5				
1	1						
0	10						
クラス	0	1	2	3	4	5	6
	現試薬						



View アレルギー39(ヒノキ)

n=65

新試薬	6						
5							
4				1	1		
3			3	14			
2		2	9				
1	1	3					
0	31						
クラス	0	1	2	3	4	5	6
	現試薬						



※ 新試薬では 1 クラス程度、高目傾向となります。