

検査試薬変更のご案内

謹啓 時下益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
この度、下記検査項目におきまして測定試薬の見直しを行い、従来試薬と同等の性能を有する別メーカーの試薬に変更させて頂くことになりましたので、ご案内申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

敬白

記

《検査項目》〔06749〕 C. ディフィシル抗原毒素

《変 更 日》 2025年 9月 30日（火） 受付分より

《判定一致率表》

		従来				
		抗原（+） トキシン（+）	抗原（+） トキシン（-）	抗原（-） トキシン（-）	判定保留	合計
新	抗原（+） トキシン（+）	34	0	0	0	34
	抗原（+） トキシン（-）	0	75	0	0	75
	抗原（-） トキシン（-）	0	0	71	0	71
	判定保留	0	0	0	0	0
	合計	34	75	71	0	180

陽性一致率:100%
陰性一致率:100%
判定一致率:100%

※この変更に伴う検査要項の変更はございません。

