

2025年6月

「特異的 I g E」判定基準変更及び (C A P シングルアレルゲン、C A P マルチアレルゲン) アレルギー検査報告書 改訂のご案内

謹啓 時下益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さてこの度、「特異的IgE」の検査におきまして、試薬製造販売元より、試薬添付文書の改訂に伴い、クラス1に相当する抗体濃度0.35～0.69U_A/mLの判定を「疑陽性」から「陽性」に変更するとの連絡がございました。これに伴い、当社といたしましても、下記期日より判定基準を変更するとともに、「アレルギー検査報告書」を改訂させていただきますことをご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

敬白

記

《変更内容》 「特異的 I g E」判定基準変更
アレルギー検査報告書の改訂

《変 更 日》 2025年 7月 22日（火） 受付分より

※ 裏面へ続く。



【判定基準の変更】

IgE抗体濃度 (UA/mL)	クラス	判 定	
		変更後	変更前
0.34以下	0	陰性	陰性
0.35～0.69	1	陽性	疑陽性
0.70～3.49	2		陽性
3.50～17.49	3		
17.50～49.99	4		
50.00～99.99	5		
100.0以上	6		

* 02190:Ara h2(ピーナッツ由来)は対象外です。

【アレルギー検査報告書の改訂】

(現)

アレルギー名	クラス	測定値	コメント	単位	陰性	疑陽性	陽 性

(新)

アレルギー名	クラス	測定値	コメント	単位	0	1	2	3	4	5	6

クラス表記に変更
いたします。