

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記検査項目におきまして、測定試薬を別メーカーが販売する同一検査法(LA法)試薬に変更させて頂くことになりましたので、ご案内申し上げます。新試薬は日本ヘリコバクター学会 胃癌リスク評価に資する抗体法適正化委員会からの勧告において添付文書のカットオフ値(10U/mL)を用いることでピロリ菌未感染例と感染例(現感染および既感染)の最適診断精度が得られると報告されています。

今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

敬白

記

《検査項目》 [04047] ヘリコバクターピロリ抗体

《変更日》 2025年 12月 1日 (月) 受付分より

《変更内容》

検査コード	項目名	変更内容	変更後	変更前
04047	ヘリコバクターピロリ抗体	項目コード及び名称変更	(親):05259 ヘリコバクターピロリ抗体(LA法) (子)05260:抗体濃度 (子)05261:判定	(親):04047 ヘリコバクターピロリ抗体 (子)04048:抗体濃度 (子)04049:判定
		検体量	血清 0.4mL	血清 0.3mL
		測定試薬	H.ピロリ-ラテックス「生研」 /デンカ(株)	LZテスト「栄研」H.ピロリ抗体 /栄研化学(株)

その他の検査要項に変更はございません。



【判定一致率】

		旧法		計
		陽性 (+)	陰性 (-)	
新法	陽性 (+)	41	6	47
	陰性 (-)	2	15	17
計		43	21	64

陽性一致率:95.3%
陰性一致率:71.4%
判定一致率:87.5%

参考文献

日本ヘリコバクター学会 胃癌リスク評価に資する抗体法適正化委員会からの勧告

「Latex法における胃癌リスク評価に資する最適な血清抗ヘリコバクター・ピロリ抗体価測定基準値」について